

Экспертное заключение

тендера по закупу изделий медицинского назначения по оказанию
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2019год.

Состав экспертной комиссии согласно приказа №6 от 03.01.2019г.

в следующем составе:

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 1. Кириллова А.В. | – зав. ЦКДЛ |
| 2. Шахмарданова Б.Ж. | – зав. Серологической лаборатории |

Экспертная комиссия провела экспертизу соответствия технической спецификации заказчика предлагаемых потенциальными поставщиками по **изделий медицинского назначения по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2019год.** заявленных на тендер технической спецификации заказчика:

Лоты №1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13 техническая спецификация соответствуют заявленной технической спецификации.

После изучения инструкций и технических спецификаций по лотам №1, 3, 7, 9,10 представленные потенциальным поставщиком **ТОО «ДиАКиТ»**, нами были рассмотрены регистрационные удостоверения, инструкции на сайте *dari.kz* и на официальном сайте производителя.

Рассмотрев технические характеристики биохимических реагентов, предлагаемые потенциальными поставщиками можно с уверенностью сказать, что чувствительность реагентов производимых ТОО «ДиАКиТ» значительно уступает оригинальным реагентам производимых компанией Biosystems.

Вот несколько реагентов в сравнительной характеристике с оригиналами:

№	Наименование реагента	Показатели	ТОО Диакит	Biosystems
1	Холестерин	Чувствительность	0,30мм/л	0,023мм/л
		Линейность	20-400мг/дл	500мг/дл
2	АЛТ	Чувствительность	7ед/л	3,1ед/л
		Линейность	10-200ед/л(низкая)	500 ед/л
3	АСТ	Чувствительность	7ед/л	2,2ед/л
		Линейность	10-200ед/л(низкая)	500 ед/л
4	Мочевая кислота	Чувствительность	50 мм/л	1,19мм/л
5	Триглицериды	Чувствительность	0,25 мм/л	0,05мм/л
		Линейность	0,5-8 мм/л	6,78 мм/л

Эти показатели говорят о том, что оригинальные реагенты более чувствительны, следовательно, и результаты анализов более точные. Это является важным фактором при лабораторной диагностике пациентов отделений реанимации, гематологии, хирургии и др. где точность результатов анализа спасает жизнь пациентов.

Экспертная комиссия в составе:

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 1. Кириллова А.В. | – зав. ЦКДЛ |
| 2. Шахмарданова Б.Ж. | – зав. Серологической лаборатории |

