

Наименование лотов	TOO "RuMa Farm"	TOO "Шабыс"	TOO "Galamat Integra"	TOO "Жаңамед-ПВ"	TOO "KAZBIOTECH"	TOO "ФАРМАКС-2"	TOO "JS Consulting"
	цена (тенге)	цена (тенге)	цена (тенге)	цена (тенге)	цена (тенге)	цена (тенге)	цена (тенге)
Лот №26 Нить стерильная хирургическая кополимера гликолид/лактида 5 M2 HR48 75см, стерильный, одноразовый	1 700,00		630,00	1 960,00	416,00		1 780,00
Лот №27 Нить стерильная хирургическая кополимера гликолид/лактида 3- M2 HR30 75см, стерильный, одноразовый	1 600,00		620,00	1 420,00	416,00		1 050,00
Лот №28 Нить стерильная хирургическая кополимера гликолид/лактида 3-0 M2 HR22 75см, стерильный, одноразовый	1 650,00		1 160,00	1 660,00	594,00		1 420,00
Лот №29 Нить стерильная хирургическая кополимера гликолид/лактида 2-0 M3 HR30 75см, стерильный, одноразовый	1 600,00		620,00	1 550,00	416,00		1 250,00
Лот №30 Нить стерильная хирургическая кополимера гликолид/лактида 1 M4 HR40 75см, стерильный, одноразовый	1 650,00	850,00	620,00		416,00		1 320,00
Лот №31 Нить стерильная хирургическая кополимера гликолид/лактида 2 M5 HR40 75см, стерильный, одноразовый	1 700,00		620,00		416,00		1 700,00
Лот №32 Сетка полипропиленовая стерильная, однор размер 6*11см, стерильный, одноразовый		16 250,00					
Лот №33 Сетка полипропиленовая стерильная, однор размер 6*11см облегченная, стерильный, одноразовый		7 150,00					
Лот №34 Сетка полипропиленовая стерильная, одн. 15*15см, стерильный, одноразовый		30 000,00					
Лот №35 Нить синтетический рассасывающийся полифилламентная, стерильный, одноразовый	1 550,00		620,00		397,00		1 400,00
Лот №36 Плетенная гликолидная обсорбируемая пловная нить стерильная, одноразового применения 2(метрический 5) длиной 75 см с колпачей иглой 45 мм	900,00		610,00		397,00		

S. Mamedov

Наименование лотов	ТОО "RuMa Farm" цена (тенге)	ТОО "Шабыс" цена (тенге)	ТОО "Galamat Integra" цена (тенге)	ТОО "Жаңакед-ПВ" цена (тенге)	ТОО "KAZBIOTECH" цена (тенге)	ТОО "ФАРМАКС-2" цена (тенге)	ТОО "JS Consulting" цена (тенге)
Лот №37 Плетенная гликолидная обсорбируемая шовная нить стерильная, однократного применения 1(метрический 4) длиной 75 см с колошей иглой 40 мм	900,00		620,00		409,00		
Лот №38 Плетенная гликолидная обсорбируемая шовная нить стерильная, однократного применения 2/0 (метрический 3) длиной 150 см без игл	800,00				409,00		
Лот №39 Плетенная гликолидная обсорбируемая шовная нить стерильная, однократного применения 2/0(метрический 3) длиной 75 см с колошей иглой 35 мм	900,00		620,00				930,00
Лот №40 Плетенная гликолидная обсорбируемая шовная нить стерильная, однократного применения 3/0(метрический 2) длиной 75 см с колошей иглой 30 мм	900,00		620,00				905,00
Лот №41 Индикаторная трубка для экспресс-диагностики хеликобактериоза дыхательным методом одноразовое							
Лот №42 Изделия медицинского назначения к аппарату электрохирургическому высокочастотному							

Спасибо за помощь

Наименование лотов	TOO "RuMa Farm"	TOO "Шабыс"	TOO "Galimat Integra"	TOO "Жаңамед-ПВ"	TOO "KAZBIOTECH"	TOO "ФАРМАКС-2"	TOO "IS Consulting"
	цена (тенге)	цена (тенге)	цена (тенге)	цена (тенге)	цена (тенге)	цена (тенге)	цена (тенге)
Изделий медицинского назначения для системы офтальмологической микрохирургической Stellatis	Лот №43			39 388,00			
				42 688,00			
				41 888,00			
				34 688,00			
Лот №44							
Лот №45							
Лот №46							
Лот №47							
Лот №48							
Лот №49							
Лот №50							
Лот №51							

Тоғайұлы Мейрам

Наименование лотов	TOO "RuMa Farm"	TOO "Шабыс"	TOO "Galamat Integra"	TOO "Жаңамед-ПВ"	TOO "KAZBIOTECH"	TOO "ФАРМАКС-2"	TOO "JS Consulting"
	цена (тенге)	цена (тенге)	цена (тенге)	цена (тенге)	цена (тенге)	цена (тенге)	цена (тенге)
Лот №52 Циркуль по Кастровыхо верхняя рабочая часть «окно» 20 мм, общая длина 90 мм							
Лот №53 Пинцет для халвазона по Десмарресу овальный "верхняя рабочая часть «окно» 20 мм, общая длина 90 мм							
Лот №54 Иглодержатель по Теннанту стандартные губки, на рабочей части твердосплавные пластины из карбида вольфрама, без замка, длина 135 мм							
Лот №55 Пинцет для капсулорексиса по Утрата острые кончики рабочей части, изогнутой под углом, упрочнены карбидом вольфрама, плоская ручка, общая длина 108 мм.							
Лот №56 Иглодержатель по Барракеру, изогнутый стандартные губки упрочнены карбидом вольфрама, без замка, общая длина 125 мм							
Лот №57 Микропинцет роговичного типа колибри рабочая часть 1x2 зубца высотой 0,12 мм, платформа 5 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина 72 мм							
Лот №58 Пинцет для снятия швов острая рабочая часть 1x1 зубец высотой 0,5 мм, платформа 6 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина 77 мм.							
Лот №59 Ножницы конъюнктивные лезвия длиной 11,5 мм, остроконечные, изогнутые по радиусу, общая длина 100 мм, плоская ручка.							
Лот №60 Пинцет для завязывания нитей по Макферсону, длинный, изогнутый по радиусу "рабочая часть шириной 0,25 мм, изогнутая по радиусу, платформа 4 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина 110 мм							

Е. мейер Day & Meyer AS

Наименование лотов	TOO "RuMa Farm"	TOO "Шабыс"	TOO "Galamat Integra"	TOO "Жанамед-ПВ"	TOO "KAZBIOTECH"	TOO "ФАРМАКС-2"	TOO "JS Consulting"
	цена (тенге)	цена (тенге)	цена (тенге)	цена (тенге)	цена (тенге)	цена (тенге)	цена (тенге)
Лот №61 Пинцет для капсулорексиса рабочая часть, изогнутая под углом, одна сторона острая, вторая - в виде весла, круглая ручка, общая длина 105 мм							
Лот №62 Пинцет капсульный "рабочая часть 0,3 мм, платформа 4 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина 75 мм.							
Лот №63 Пинцет для верхней прямой мышцы по Лейдхеккеру "рабочая часть 1x2 зубца высотой 0,5мм, общая длина 106 мм							
Лот №64 Пинцет для завязывания нитей по Кельману-Макферсону, длинный "сверхдлинная рабочая часть шириной 0,25 мм изогнутая под углом, платформа 10 мм упрочнена карбидом вольфрама, общая длина 105 мм.							
Лот №65 Факочоптер (рассекатель хрусталика) универсальный по Росену общая длина 120 мм							
Лот №66 Крючок по Левински рабочая часть 0,5 мм, изогнутая по радиусу, общая длина 123 мм.							
Лот №67 Пинцет анатомический с насечкой, прямой рабочая часть шириной 0,6 мм, платформа 6 мм с насечкой, общая длина 108 мм							
Лот №68 Аспирационная и инъекционная фильтр-канюля для многодозных флаконов, стерильный, одноразовый				415,00		369,50	

→ mean Day de meet

→ mean Day de meet

→ mean Day de meet

Экспертное заключение

**тендера по закупке изделий медицинского назначения по оказанию
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2019год.**

Состав экспертной комиссии согласно приказа №54 от 15.01.2019г.

в следующем составе:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Мусабеков А.Т. | – заведующий хирургическим отделением |
| 2. Тлеубаев К.А. | – заведующий офтальмологическим отделением |
| 2. Высоцкая И.В. | - заместитель главного врача по лечебной работе
Перинатального центра |

Экспертная комиссия провела экспертизу соответствия технической спецификации заказчика предлагаемых потенциальными поставщиками по **изделий медицинского назначения по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2019год.** заявленных на тендер технической спецификации заказчика:

1. ТОО «Сфера-ПВЛ» - лоты №: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 68 - заявленная поставщиком техническая спецификация соответствует прописанной в тендерной документации.
2. ТОО MedIntelCompany» - лоты №: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 42 - заявленная поставщиком техническая спецификация соответствует прописанной в тендерной документации.
3. ТОО «Эль-Фарм» - лоты №: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 39,40 - заявленная поставщиком техническая спецификация не соответствует прописанной в тендерной документации.
Лоты№44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67- заявленная поставщиком техническая спецификация соответствует прописанной в тендерной документации.
4. ТОО Компания «Медиус» - лоты №: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13- нет полного описания нити, иглы и информации про прочности нити. Лоты № 14, 17, 18- не соответствует состав нити, отсутствует описания иглы и информации по прочности нити. Лоты№ 19, 20, 21, 22, 23, 24- не соответствует состав нити и материал иглы. Лоты№ 26, 27, 28, 29, 30, 31- нет информации по времени рассасывания нити, отсутствует по окружности иглы и описания по прочности нити - техническая спецификация не соответствует прописанной в тендерной документации.
5. ИП «Медкор» - лоты №: 32, 33, 34- не соответствует плотность, толщина нити, размер прочности при растяжении, техническая спецификация не соответствует прописанной в тендерной документации.
6. ТОО «Мелиор LTD» - лот №32,34: заявленная поставщиком техническая спецификация не соответствует прописанным в Регистрационном удостоверении параметрам. Лот№41- заявленная поставщиком техническая спецификация соответствует прописанной в тендерной документации.
7. ТОО «БОНА» - лоты №: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27,28, 29, 30, 31,
- заявленная поставщиком техническая спецификация не соответствует прописанным в Регистрационном удостоверении параметрам. Лоты №32, 33, 34-заявленная поставщиком техническая спецификация не соответствует толщина волокна, толщина сетки, размер.
Лоты№36,37,38,39,40- заявленная поставщиком техническая спецификация соответствует прописанной в тендерной документации.

8. ТОО «Фирма Меда» - лот№ 18 – не соответствует состав нити, отсутствует информация по прочности и не соответствует длина нити, длина иглы. Лот№19 – не соответствует состав нити, отсутствует информация по прочности и не соответствует материал иглы, длина иглы. Лот№ 20- отсутствует информация по прочности не соответствует состав нити и материал иглы, окружности иглы. Лоты №21, 22, 23, 24, 25- отсутствует информация по прочности не соответствует материал иглы, длина иглы. Лоты №26, 27, 28, 29, 30- отсутствует информация по рассасыванию нити, не соответствует состав нити. Лот№31-отсутствует информация по рассасыванию нити, не соответствует состав нити и длина нити, не соответствует длина иглы. Лоты№ 36,37,39,40- заявленная поставщиком техническая спецификация не соответствует прописанной в тендерной документации.
9. ТОО «RuMa Farm» - лоты №: 26, 27, 28, 29, 30, 31,35,36,37,38,39,40 - заявленная поставщиком техническая спецификация не соответствует прописанной характеристики в инструкции к Регистрационному удостоверению, не соответствует прописанной в тендерной документации.
10. ТОО «Шабыс» - лоты №: 13-отсутствует информация по материалу иглы и прочности. Лоты№ 20, 24-нет информации по материалу иглы. Лот №30- не соответствует информация по рассасыванию нити, не соответствует окружность иглы, отсутствует информация по прочности. Лоты№ 32, 33, 34 – не соответствует состав сетки и толщина сетки, отсутствует информация по плотности, толщине волокон, размерам, прочности при растяжении.
11. ТОО «Galamat Integra» - лоты №: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37,39,40 - заявленная поставщиком техническая спецификация не соответствует прописанной в тендерной документации. Отсутствует информация по материалу иглы, по прочности, не соответствует длина иглы.
12. ТОО «Жанамед-ПВ» - лоты №: 3, 11, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29: заявленная поставщиком техническая спецификация не соответствует прописанным в Регистрационном удостоверении параметрам.
Лоты №43,68- заявленная поставщиком техническая спецификация соответствует прописанной в тендерной документации
13. ТОО «KAZBIOTECH» - лот №23-не соответствует состав нити, длины иглы, отсутствует информация по материалу иглы. Лот№ 24- не соответствует состав нити, отсутствует информация по материалу иглы. Лоты№ 26, 27, 28, 29, 30, 31- не соответствует состав нити, не соответствует длина нити, отсутствует информация по рассасыванию нити. Лоты№35,36,37,38- заявленная поставщиком техническая спецификация не соответствует прописанной в тендерной документации.
14. ТОО «ФАРМАКС-2» Лот№68- заявленная поставщиком техническая спецификация соответствует прописанной в тендерной документации
15. ТОО «JS Consulting» - лот№:16-не соответствует прописанным в Регистрационном удостоверении параметрам, не соответствует длина нити. Лоты№ 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25- отсутствует информация по материалу иглы, не соответствует длина нити и состав. Лот№26- не соответствует состав нити и метрический размер, не соответствует время рассасывания нити. Лоты 27, 28, 29, 30, 31, 35, 39,40- заявленная поставщиком техническая спецификация не соответствует прописанной в тендерной документации.

Экспертная комиссия в составе:

1. Мусабеков А.Т.
2. Тлеубаев К.А.
2. Высоцкая И.В.

- заведующий хирургическим отделением
- заведующий офтальмологическим отделением
- заместитель главного врача по лечебной работе
Перинатального центра