

## Экспертное заключение

тендера по закупке изделий медицинского назначения по оказанию  
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2019 год.

Состав экспертной комиссии согласно приказа №287 от 12.06.2019г.

в следующем составе:

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. Байжуманов Д.Б.  | – врач отделения травматологии-ортопедии            |
| 2. Байдаулетов Д.А. | – врач отделения травматологии-ортопедии            |
| 3. Тергеусизов С.М. | - врач отделения лечебно-диагностической эндоскопии |

Экспертная комиссия провела экспертизу соответствия технической спецификации заказчика предлагаемых потенциальными поставщиками по изделий медицинского назначения по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2019 год. заявленных на тендер технической спецификации заказчика:

**ТОО «Сфера-ПВЛ» по лотам №26,27,37** техническая спецификация соответствуют заявленной технической спецификации.

**ТОО "MedintelCompanу" по лотам 27,37** техническая спецификация соответствуют заявленной технической спецификации.

**ТОО "Арех Со" по лотам №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20** техническая спецификация соответствуют заявленной технической спецификации.

**ТОО "А-37" по лотам №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20** техническая спецификация соответствуют заявленной технической спецификации.

**ТОО «ФАРМАКС-2» по лотам №21,22,23,24,25,28,29,32,33** техническая спецификация соответствуют заявленной технической спецификации.

**ТОО «МедМир-ПВЛ» по лотам №34,35,36,37** техническая спецификация соответствуют заявленной технической спецификации.

После изучения инструкции и технической спецификации по лоту №30 представленные потенциальным поставщиком **ТОО «ФАРМАКС-2»**, нами были рассмотрено регистрационное удостоверение, инструкции на сайте *dari.kz* и на официальном сайте производителя.

В ходе рассмотрения инструкции приложенная к регистрационному удостоверению на *dari.kz*, нами не было обнаружена информация по лоту.

### Лот №30

- в технической спецификации указаны требуемые для работы дистальные колпачки для колоноскопа, длиной 11мм с двумя отверстиями по бокам для установки на дистальную часть колоноскопа диаметром 12,8 мм. Имеется несоответствие диаметра самого колпачка у поставщика в технической спецификации и регистрационном удостоверении. Указан внешний диаметр 12,7мм и не указана длина колпачка для колоноскопа.
- в технической спецификации указаны требуемые для работы дистальные колпачки для гастроскопа, длиной 11мм с двумя отверстиями по бокам для установки на дистальную часть колоноскопа диаметром 9,8 мм. Имеется несоответствие диаметра самого колпачка у поставщика в технической спецификации и регистрационном удостоверении. Указан внешний диаметр 16,7мм и не указана длина колпачка для гастроскопа.

Экспертная комиссия в составе:

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. Байжуманов Д.Б.  | – врач отделения травматологии-ортопедии            |
| 2. Байдаулетов Д.А. | – врач отделения травматологии-ортопедии            |
| 3. Тергеусизов С.М. | - врач отделения лечебно-диагностической эндоскопии |